



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DS/PMC-SMS-DS-GTS

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Campinas, 22 de abril de 2020.

Ao

Departamento Administrativo

A/C

Sra. Sandra Helena de Andrade Regolin

Diretora Administrativa

Secretaria Municipal de Saúde

Encaminhamos o presente processo para aquisição de cânulas de entubação endotraqueal, com a máxima urgência, para uso da Rede Pública Municipal de Saúde de Campinas, considerando os apontamentos a seguir:

1. DA JUSTIFICATIVA:

Considerando que a Lei 8080/90 - Lei Orgânica da Saúde - regula as ações e serviços de saúde e institui o Sistema Único de Saúde (SUS) e dispõe em seu artigo segundo que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Considerando a atual situação mundial de transmissão do coronavírus e que no Brasil o número de casos confirmados desse vírus vem crescendo, a Secretaria de saúde tem a responsabilidade de prover a Rede Municipal de Saúde com insumos, equipamentos e demais materiais necessários ao enfrentamento da pandemia.

Nesse sentido, o município de Campinas publicou o Decreto nº 20.766 de 12/03/2020 criando o Comitê Municipal de enfrentamento da pandemia de infecção humana pelo novo coronavírus, responsável pela proposição de aquisição de insumos para o enfrentamento desta pandemia. Também publicou o Decreto nº 20.774 de 18/03/2020 onde declara situação de emergência no município e estabelece medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, entre elas, cita no artigo 2º inciso II:

"II - nos termos do art. 24da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência;"

A dificuldade para respirar ou falta de ar (dispneia) é um dos principais sintomas apresentados nas formas mais graves da infecção por covid-19, podendo ser necessário até proceder a entubação oro-traqueal do paciente c/ uso de ventilação artificial num primeiro atendimento de urgência, para garantir a oxigenação.

A Secretaria Municipal de Saúde tem padronizadas as cânulas de entubação com balão de números 6,0 a 9,0, inclusive com ata de registro de preços vigente. Com a pandemia do coronavírus a área técnica verificou a necessidade de adquirir cânulas de entubação com balão também dos menores calibres, ou seja, dos números de 2,5 a 5,5, de forma a permitir vedação entre o tubo e a traqueia do paciente, evitando dispersão do vírus no ambiente.

Assim, faz-se necessária aquisição URGENTE cânula de entubação endotraqueal para as Unidades de Saúde de forma a viabilizar o atendimento dos pacientes que necessitem desse material.

Solicitamos a verificação da possibilidade de aquisição por dispensa de licitação ou outra modalidade de compra que se fizer necessária, tendo em vista a urgência dessa aquisição. Informamos ainda que as solicitações de aquisição dos itens para enfrentamento da pandemia estão sendo feitas para cada item em separado, por solicitação do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde, mas poderão ser juntadas pelo mesmo, caso julgue pertinente.

2. DOS ITENS E QUANTIDADES:

Código	Item	Descritivo detalhado	Quantidade
107380	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.2,5 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 2,5; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	50
107381	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.3,0 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 3,0; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	50
107383	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.3,5 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 3,5; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	50
107384	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.4,0 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 4,0; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	25
107385	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.4,5 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 4,5; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.	25

		ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	
107386	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.5,0 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 5,0; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A 25 CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	
107387	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.5,5 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - NÚMERO 5,5; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO; - A 25 CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	

3. DA LITERATURA TÉCNICA

Será necessária a apresentação de literatura técnica (bula, catálogos, folhetos, prospectos ou literatura compatível) em português, ou se em outro idioma acompanhado de tradução em português, com a descrição detalhada das características do produto, onde conste também a imagem do mesmo, para a verificação da compatibilidade com as especificações solicitadas neste documento.

4. DA DOCUMENTAÇÃO:

Será necessária a apresentação por parte dos licitantes as seguintes documentações:

4.1. Autorização de Funcionamento (AFE), emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme Lei Federal nº 6.360/76 e demais normas complementares, com fundamento no art. 2º, inciso VI, da Resolução da Diretoria Colegiada RDC ANVISA nº 16/2014.

4.2. Alvará Sanitário/Licença de Funcionamento em vigência, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, conforme Código Sanitário e normas complementares.

4.3. Comprovação de regularização dos produtos perante a ANVISA, com fundamento na Lei Federal 6360 de 23 de setembro de 1976.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Os materiais deverão atender a toda legislação vigente.

5.2. Os produtos que tenham prazo de validade deverão ter por ocasião da entrega, vida útil mínima de 75% (setenta e cinco por cento) de sua validade total. A exigência de que os produtos tenham, por ocasião da entrega, validade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) se baseia no Manual de Aquisição de Medicamentos para Assistência Farmacêutica no SUS (pag. 26) que pode ser consultado no site <http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/judicializacao/pdfs/284.pdf>. Assim, procuramos utilizar o mesmo critério para todos os produtos da área da saúde.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MARCIO VIEIRA CARVALHO, Enfermeiro(a)**, em 22/04/2020, às 15:37, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA DIAS VENTURA, Farmacêutico(a)**, em 22/04/2020, às 15:40, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MONICA REGINA DE TOLEDO MACEDO NUNES, Diretor(a) de Departamento**, em 22/04/2020, às 15:45, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE BENEDITO BORTOTO, Coordenador(a) Setorial**, em 22/04/2020, às 15:50, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RENATA CAUZZO ZINGRA MARIANO, Enfermeiro(a)**, em 22/04/2020, às 15:59, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **2422028** e o código CRC **A6F8CC2E**.



06.04.99.05.09 Especificações de Produtos\Serviços por Código Reduzido

Código Reduzido	Descrição Sucinta	Descrição Detalhada	Unidade
107380	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.2,5 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- NÚMERO 2,5;- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;- COM FILAMENTO RADIOPACO;- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;- LUBRIFICADA COM SILICONE;- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;- OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC
107381	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.3,0 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- NÚMERO 3,0;- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;- COM FILAMENTO RADIOPACO;- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO	PC



06.04.99.05.09 Especificações de Produtos\Serviços por Código Reduzido

		<p>MECÂNICA;</p> <ul style="list-style-type: none">- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;- LUBRIFICADA COM SILICONE;- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;- OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	
107383	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.3,5 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- NÚMERO 3,5;- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;- COM FILAMENTO RADIOPACO;- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;- LUBRIFICADA COM SILICONE;- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;	PC



06.04.99.05.09 Especificações de Produtos\Serviços por Código Reduzido

		<ul style="list-style-type: none">- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;- OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	
107384	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.4,0 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- NÚMERO 4,0;- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;- COM FILAMENTO RADIOPACO;- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;- LUBRIFICADA COM SILICONE;- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;- OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC
107385	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.4,5 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE	PC



06.04.99.05.09 Especificações de Produtos\Serviços por Código Reduzido

		<p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- NÚMERO 4,5;- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;- COM FILAMENTO RADIOPACO;- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;- LUBRIFICADA COM SILICONE;- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;- OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	
107386	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.5,0 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- NÚMERO 5,0;- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;- COM FILAMENTO RADIOPACO;- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;- LUBRIFICADA COM SILICONE;	PC



06.04.99.05.09 Especificações de Produtos\Serviços por Código Reduzido

		<ul style="list-style-type: none">- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;- OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	
107387	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.5,5 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL	<p>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- NÚMERO 5,5;- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;- COM FILAMENTO RADIOPACO;- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;- LUBRIFICADA COM SILICONE;- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS	PC



06.04.99.05.09 Especificações de Produtos\Serviços por Código Reduzido

		DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. ABERTURA EM "PÉTALA". NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.	
--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CC

OFÍCIO

Campinas, 02 de junho de 2020.

Atendimento ao Decreto nº 15.291 de 18/10/2005

Artigo 2º

(para aquisição de materiais)

I - Finalidade da aquisição de materiais:

Faz-se necessária aquisição URGENTE cânula de entubação endotraqueal para as Unidades de Saúde de forma a viabilizar o atendimento dos pacientes que necessitem desse material.

II - Relatório de estoques existentes:

Não há estoque suficiente destes itens para atendimento ao paciente

III - Planilha com a previsão de consumo de materiais:

Os produtos serão utilizados imediatamente após a compra e o consumo é estimado para seis meses.

MODALIDADE: AMIL



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA HELENA DE ANDRADE REGOLIN**,
Diretor(a) de Departamento, em 02/06/2020, às 16:04, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13
de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **2532373** e o código CRC **E54F66E1**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br
Paço Municipal

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DA/PMC-SMS-DA-CC

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Campinas, 04 de junho de 2020.

Processo Administrativo nº: PMC 2020.00018969-06

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Aquisição de cânulas de entubação endotraqueal.

Modalidade: Amil

Fundamentado nas informações e esclarecimentos apresentados no documento nº2422028,2422043, 2422048 e 2422063 onde informa a necessidade da aquisição **AUTORIZO**, com base no Artigo 24º; Inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a **AMIL**, das empresas:

Cirúrgica Fernandes Com. Mat. Cir. e Hospitalares Ltda, no valor **R\$ 400,00** (Quatrocentos reais).

CBS Científica S/A, no valor de R\$ 375,50 (Trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Nacional Comercial Hospitalar S/A, no valor de R\$ 537,50 (Quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).



Documento assinado eletronicamente por **SANDRA HELENA DE ANDRADE REGOLIN**, **Diretor(a) de Departamento**, em 04/06/2020, às 09:42, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica> informando o código verificador **2541315** e o código CRC **2D814B62**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA 200 - CENTRO - CAMPINAS/SP
C.N.P.J. - 51.885.242/0001-40 - Inscr. Est.: isento
FONE: (19)2116-0555

Data: 04/06/2020
Hora: 13:32

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho

Número: E07252/2020 Número do Processo: PMC.2020.00018969-06 Data: 04/06/2020
Modalidade de Licitação: AMIL Nº da Modalidade: 130/2020 Tipo: Ordinário
Evento: Empenho Empenho de Origem: Espécie: Empenho
Nº do Contrato / Registro: Nº Extrato Contrato / Registro:
Tipo de Documento: Solicitação de Empenho - Compras

Dados do Orçamento

Unidade Gestora: 87000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 8750 - DEPTO ADMINISTRATIVO
Funcional Programática: 10.301.1003.4022.0000 - ADQUIRIR MEDICAMENTOS, INSUMOS E IMUNOBIOLOGICOS
Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material De Consumo
Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Fonte de Recurso: 0005.312007 - Recursos para Combate ao Coronavirus - Rec.Especificos - SUS - Fundo a Fundo - PAB/PLENA
Modalidade de Compra: Material de Consumo
Conta Pagadora: 001-4203X-57355 - PMC/FMS - CUSTEIO-SUS

Dados do Credor

Nome: CIRÚRGICA FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOS. SOCIEDADE LIMITADA CNPJ / CPF: 61418042000131
Endereço: ALAMEDA AFRICA , 570 Bairro: TAMBORÉ Complemento: GLEBA Y - POLO
Cidade: SANTANA DE PARNAIBA Estado: São Paulo Fone: 41520500
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 33553 - OSASCO Conta Corrente: 301097X

Forma de Pagamento: 50 - 10 D após aceite de NF

Especificações

Item	Cód. Reduzido	Descrição	Marca	Unidade	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
1	107380	CÂNULA ENTUBAÇÃO N.2,5 COM BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVEL		PC	50	8,0000	400,00
Total:							400,00

Valor Empenho: QUATROCENTOS REAIS *****

Histórico do Empenho:

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO DA VERBA EMPENHADA


Data	Nº do Empenho	Saldo Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
04/06/2020	E07252/2020	5.772.781,89	400,00	5.772.381,89

Local Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - ESTOQUE

Prazo de Entrega: 0

Endereço: DOUTOR EDUARDO EDARGÉ BADARÓ, Nº.550, JARDIM EULINA

Emitente


Assinatura

Usuário: VERA LUCIA GOBIRE
Márcia L. Gobire
Matricula nº 7017-5

Ordenador da Despesa


Sandra Helena A. Rego
Diretora de Despesas
Assinatura